

F I C H A T É C N I C A

ARCO DE YOUNG METÁLICO		
REFERENCIA	80244	
FABRICANTE / RESPONSABLE	MARK ONE SURGICAL Ugoki Road, Adalat Garah, Sialkot 51330, Pakistan	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I.	
DESCRIPCIÓN	Para colocar bases cavitarias de hidróxido de calcio o ionómero de vidrio.	
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable adecuado para instrumentos ortopédicos, quirúrgicos y dentales.	
ENVASE	1 unidad.	
CADUCIDAD	N.A. Las propiedades, la función o uso no se ven afectadas de forma automática si se almacena y utiliza correctamente.	
LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN	Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Usar detergentes y desinfectantes adecuados para instrumentos médicos o dentales. El final de la vida útil de los instrumentos viene determinado por el desgaste y los daños durante el uso, y los instrumentos deben inspeccionarse para detectar defectos durante el proceso de limpieza preliminar. Esterilizar en autoclave o con calor seco.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

TECHNICAL DATA SHEET

YOUNG METAL ARC		
REFERENCE	80244	
MANUFACTURER	MARK ONE SURGICAL Ugoki Road, Adalat Garah, Sialkot 51330, Pakistan	
CLASSIFICATION	Class I Medical Device	
DESCRIPTION	For placing calcium hydroxide or glass ionomer cavity bases.	
COMPOSITION	Stainless steel suitable for orthopedic, surgical, and dental instruments.	
PACKAGE	1 unit.	
EXPIRATION	N.A. Properties, function, or use are not automatically affected if stored and used correctly.	
CLEANING AND STERILIZATION	All instruments must be examined, cleaned, and sterilized before each use. Use detergents and disinfectants suitable for medical or dental instruments. The end of an instrument's useful life is determined by wear and damage during use, and instruments must be inspected for defects during the preliminary cleaning process. Sterilize in an autoclave or with dry heat.	
STORAGE AND TRANSPORT	No special storage or transport conditions are required.	